

# RED DECLARATION DE CONFORMITE CE

## RED DECLARATION OF CONFORMITY

Nous, VISIOMED TECHNOLOGY CO., LTD, sise 2 Floor of No.1 Building,Jia An Technological Industrial Park,67 District,Bao An,518101 Shenzhen China

*We, VISIOMED TECHNOLOGY CO., LTD, located at 2 Floor of No.1 Building,Jia An Technological Industrial Park,67 District,Bao An,518101 Shenzhen China*

Déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le produit désigné ci-après :

*Hereby declares under our sole responsibility that the following product:*

Nom du produit / *Name*: BW-CX10 MyThermo

Nom de la marque / *Brand*: Bewell Connect

Type du produit / *Product type*: Infrared thermometer

Est conforme aux exigences essentielles et autres obligations fondamentales qui relèvent de la directive 2014/53/EU (RED).

*Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED 2014/53/EU directive*

Le produit est conformes aux normes suivantes et / ou aux autres références réglementaires :

*The product is conformed to the following requirement:*

RED Test : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011)

EN301 489-17 V2.2.1 (2012)

EN300 328 V2.1.1 (2016)

EN 62479:2010

EN 60601-1 :2006+A11+A1

EN 60601-1-2 :2014

Documents techniques disponibles auprès de Visiomed Technology CO., Ltd

*Technical documentation available at Visiomed Technology Co., Ltd*



**Date: 2018-3-16**