

RED DECLARATION DE CONFORMITE CE
RED DECLARATION OF CONFORMITY

Nous, VISIOMED TECHNOLOGY CO., LTD, sise 2 Floor of No.1 Building,Jia An Technological Industrial Park,67 District,Bao An,518101 Shenzhen China

We, VISIOMED TECHNOLOGY CO., LTD, located at 2 Floor of No.1 Building,Jia An Technological Industrial Park,67 District,Bao An,518101 Shenzhen China

Déclarons par la présente, sous notre seule responsabilité, que le produit désigné ci-après :

Hereby declares under our sole responsibility that the following product:

Nom du produit / *Name*: BW-OX1 MyOxy

Nom de la marque / *Brand*: Bewell Connect

Type du produit / *Product type*: Fingertip pulse oxymeter

Est conforme aux exigences essentielles et autres obligations fondamentales qui relèvent de la directive 2014/53/EU (RED).

Is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED 2014/53/EU directive

Le produit est conformes aux normes suivantes et / ou aux autres références réglementaires :

The product is conformed to the following requirement:

RED Test : EN 301 489-1 V1.9.2 (2011)
 EN301 489-17 V2.2.1 (2012)
 EN300 328 V2.1.1 (2016)
 EN 60601-1 :2006+A11+A1
 EN 60601-1-2 :2007+AC :2010
 EN 60601-1-11 :2010

Documents techniques disponibles auprès de Visiomed Technology CO., Ltd
Technical documentation available at Visiomed Technology Co., Ltd



Date: 2018-3-16